

05.04.2018

**Ответ на запрос**

Наименование Приглашения	Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку оборудования лабораторного (И- химия, подгруппа ИБ) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2019 году (№ВК-017-19)
Реквизиты запроса (Дата, номер)	№2 от 05.04.2019

Формулировка вопроса участника<sup>1</sup>:

1. Вопрос по позиции № 70 - Артикул в запросе 149893 соответствует пипеткам капельным на 1,5 мл. По описанию получается нужен артикул 149193 -Пипетки Пастера, объем 2 мл, градуировка 2/0,5 мл, длина 152 мм, диаметр 3,3 мм, количество капель/мл 22-26, PE-LD, 5000 шт/упак, VitLab Они поставляются упаковкой 5000 шт, и они не стерильные! Прошу внести уточнения. Спасибо

Разъяснения Заказчика:

1. Требуется только индивидуальная стерильная упаковка.  
Пипетки с артикулом 149193 являются нестерильными, что не соответствует требованиям.

Начальник отдела Закупок

Е.А. Зазулина

<sup>1</sup> При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.